

Ringversuch: **T790M 2016 (1)**
im Monat: **April 2016**
Teilnehmer-Nr.: **P000045**
ausgestellt: **2016**



Prof. Dr. med. F. Fend
Institut für Pathologie der
Universität Tübingen
Liebermannstr. 8
72076 Tübingen

Ringversuchsleiter
PD Dr. S. Merkelbach-Bruse
Dr. Jana Fassunke

Bonn, den 31.05.16

Zertifikat

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch zur T790M - Mutation im Gewebe und im Blut teilgenommen haben.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Teilbereiche des Ringversuches sind nachstehend aufgeführt.

T790M - Gewebe
T790M - Blut

Prof. Dr. med. M. Dietel
für die QuIP

Dr. med. W.J. Geilenkeuser
für das RfB

QuIP
Qualitätssicherungs-
Initiative Pathologie GmbH
2016

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V., Berlin, Tel: 030 / 25760727, Mail: geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V., Berlin, Tel: 030 / 3088197-0, Mail: bv@pathologie.de



Veranstalter:
Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de

T790M - Mutation in Gewebe und Blut 2016 (1) - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-falsch, grau-unbewertet)

T790M 2016 (1)

Split 1, Teilnehmer-Nr.

P000045
Seite 1 von 2

T790M - Gewebe

[Erfolgsquote 19/20 => 95,0 %]

Mutation ja/nein

WT
mutiert
nicht auswertbar

P 1			P 2			P 3			P 4			P 5		
Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=WT	N	Bew.	Soll=WT	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=WT	N
		0	2		20	2		17			0	2		19
2		20			0			0	2		20			1
		0			0			3			0			0

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

Mutation ja/nein

WT
mutiert
nicht auswertbar

P 6			P 7			P 8			P 9			P 10		
Bew.	Soll=WT	N	Bew.	Soll=WT	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=WT	N
2		18	2		20			0			0	2		19
		1			0	2		20	2		20			0
		1			0			0			0			1

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

T790M - Gewebe -> 20 von 20 Punkten



Ringversuch T790M Mutationsanalyse an Gewebe und Blut 2016

Veranstalter:
Referenzinstitut für Bioanalytik in Zusammenarbeit mit der
Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie

Wissenschaftliche Leitung:
Dr. Jana Fassunke
PD Dr. Sabine Merkelbach-Bruse
Prof. Dr. G. Baretton
Prof. Dr. Manfred Dietel
Prof. Dr. Thomas Kirchner
Prof. Dr. Hans.-H. Kreipe
Prof. Dr. Peter Schirmacher

Organisation und Durchführung:
Dr. W.-J. Geilenkeuser

Hinweise zur Auswertung

Zertifikat und Teilnahmebescheinigung

Ein Zertifikat für den T790M-Mutationsanalysetest wird ausgestellt, wenn die Anforderungen des Ringversuches erfüllt sind. Andernfalls wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Die Zertifikate sind mit dem Ausstellungsjahr gekennzeichnet.

Bewertung der Ergebnisse

Die Bewertung der Ringversuchsergebnisse erfolgt auf der Grundlage Ihrer Angaben im Vergleich zu den Referenzergebnissen.

Gewebe:

Pro richtiger Bestimmung des T790M Mutationsstatus (T790M Mutation vorhanden: ja/nein?) werden zwei Punkte vergeben. Konnte ein Nachweis aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden, so wird nur ein Punkt vergeben. Der Ringversuchsteil ist mit **19 Punkten** oder mehr bestanden.

Blut:

Pro richtiger Bestimmung des T790M Mutationsstatus (T790M Mutation vorhanden: ja/nein?) werden zwei Punkte vergeben. Konnte ein Nachweis aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden, so wird nur ein Punkt vergeben. Der Ringversuchsteil ist mit **18 Punkten** oder mehr bestanden.

Auswertung

Die Auswertungen bieten einen Überblick über alle eingereichten Resultate, kleine Histogramme geben Aufschluss darüber, wieviele Teilnehmer eine bestimmte Charakterisierung vorgenommen haben. Ihre persönlichen Resultate sind dabei unter „Res.“ mit Punkten markiert.

Die Zertifikate/Teilnahmebescheinigungen stehen Ihnen auch als Download auf unserer Website zur Verfügung.

Hinweis:

Einzelne Teile des Ringversuchs-Programms (z. B. Verpackung / Datenübertragung) können zeitweise im Unterauftrag vergeben werden. Im Falle einer Unterauftragsvergabe erfolgt diese an einen kompetenten Unterauftragnehmer. Das RfB ist für dessen Arbeit verantwortlich.

T790M - Mutation in Gewebe und Blut 2016 (1) - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-falsch, grau-unbewertet)

T790M 2016 (1)

Split 1, Teilnehmer-Nr.

P000045

Seite 2 von 2

T790M - Blut

[Erfolgsquote 15/20 => 75,0 %]

Mutation ja/nein

WT
mutiert
nicht auswertbar

P 1			P 2			P 3			P 4			P 5		
Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=WT	N
		1			7			4			2	2		20
2		19			11	2		16	2		17			0
		0	1		2			0			1			0

2 von 2

1 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

Mutation ja/nein

WT
mutiert
nicht auswertbar

P 6			P 7			P 8			P 9			P 10		
Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=mut	N	Bew.	Soll=WT	N
		3			3			1			2	2		20
2		17	2		16	2		19	2		17			0
		0			1			0			1			0

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

2 von 2

T790M - Blut -> 19 von 20 Punkten

