



# QCMD

Quality Control for Molecular Diagnostics

## Zertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass

Molecular Pathology  
University Hospital Tuebingen  
Tuebingen, Germany

im Ringversuch

QCMD 2020 Epstein-Barr virus DNA EQA – Challenge 2

bei folgenden Untersuchungen die Anforderungen erfüllt hat:

Test category	Regulatory	Performance level	Validity of certificate
qualitative	Rili-BÄK B3	acceptable	12 months
quantitative	Rili-BÄK B3	acceptable	12 months

*Rili-BÄK-pflichtige Parameter sind entsprechend gekennzeichnet*

*Eine akzeptable Performance ist wie folgt definiert:*

*Qualitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen richtig bestimmt worden sein.*

*Quantitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen innerhalb des Bewertungsintervalls  $\langle +/ - 1.0 \rangle \log_{10}$  um den Konsenswert aller Ringversuchsteilnehmer liegen, in Analogie zu Rili-BÄK.*

Das Zertifikat gilt ab: November 2020



Prof. dr. Hubert G.M. Niesters  
QCMD Executive Coordinator  
03.12.2020